

南京市生态环境局

关于江苏省动物疫病预防控制中心实验室 升级改造工程项目环境影响报告表的批复

宁环（鼓）建〔2024〕05号

江苏省动物疫病预防控制中心：

你单位报送的《江苏省动物疫病预防控制中心实验室升级改造工程项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉，经研究，批复如下：

一、该项目位于南京市草场门大街124号江苏农业检测大楼3层和4层，主要建设内容为：本次项目对四楼全部及三楼321病理寄生虫室进行改造，不改变建筑物主体结构，仅进行内部功能调整和设施的生物安全优化；此外，本次将办公室319和320改造成分子生物学检测实验室，增加分子生物学检测能力，并购置96通量核酸提取仪、荧光PCR仪、96通道洗板机、荧光显微镜等设备，以满足检测的需求。项目总投资600万元，其中环保投资15万元。

二、根据《报告表》，在符合相关规划、产业政策并落实《报告表》提出的相关污染防治措施及环境风险防范措施的前提下，从生态环境保护角度分析，该项目建设可行。

三、在项目设计、建设、运行以及环境管理中，你单位应重点做好以下生态环境保护工作：

1、落实水污染防治措施。本项目废水主要为实验室清洗废水、灭菌废水。经污水处理设施预处理后进入市政管网，接管至江心洲污水处理厂处理。

2、落实大气污染防治措施。本项目废气主要为气溶胶废气和消毒废气，气溶胶废气经生物安全柜收集进入其自带的高效过滤器和紫外消毒器处理后通过排气筒高空排放，消毒废气无组织排放。废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)等相关标准。

3、落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备，合理布局高噪声设备位置，并采取相应的隔声、减震、降噪措施，确保厂界噪声符合项目所在地环境噪声排放标准。

4、落实固体废物污染防治措施。按照“减量化、资源化、无害化”原则，严格落实各类固体废物的收集、贮存、处置措施，防止产生二次污染。根据《报告表》，本项目产生的废包装、废防护用品、实验废液、废试剂盒、废样品、废滤芯、废灯管、废棉球、污泥、损伤性废物，均为危险固废，严格按照危废管理的相关要求，分类妥善收集贮存，并委托有资质单位安全转移处置，确保零排放。

5、落实土壤和地下水污染防治措施。项目应严格落实报告表及有关规定要求，采取源头控制、分区防渗，重点做好危废贮存设施等区域的防渗措施，确保不对土壤和地下水造成污染影响。

6、落实环境风险防范措施。落实《报告表》提出的环境风险防范措施及突发环境事件应急预案编制要求，定期排

查突发环境事件隐患，采取切实可行的控制措施，配备环境应急设备和物资，防止发生环境污染事件及各类事故导致的次生突发环境事件，确保环境安全。

7、开展环境治理设施安全风险辨识管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。

四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用；项目竣工后应按规定履行相关环保验收手续，未经验收或者验收不合格不得投入运行。

五、本项目经批复后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批环境影响评价文件。自本批复文件批准之日起，满五年方开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。

此复。

